

**UNIwersytet Medyczny w Białymstoku**  
**ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok**  
**NIP: 542 - 021 - 17 – 17, REGON: 000288604**  
**www.umb.edu.pl, e-mail: zampubl@umb.edu.pl**  
**Kontakt: Dział Zamówień Publicznych**

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, fax 85 748 56 27

Nr sprawy: AZP.25.D.1.TZ.A1.2020

Białystok, dnia 14.05.2020 r

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i ODRZUCENIU OFERT w CZEŚCI nr 2**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający, tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części, którego ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.01.2020 r., nr ogłoszenia 2020/S 018-038856 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 firmy Cheminst Polska Aleksander Prychidny Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, 55-09 Mirków z ceną 68 880,00 zł.

**Uzasadnienie wyboru**

Wybrane na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oferty, spełniają wszystkie wymogi określone w Ustawie oraz SIWZ i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja .

**Część nr 2**

Numer oferty	Nazwa (firma) siedziba i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium cena ofertowa – 60%	Liczba pkt w kryterium okres gwarancji – 40%	Łączna punktacja
3	Alchem Grupa Sp. z o.o. Ul. Polna 21, 87-100 Toruń	---	---	---
5	Cheminst Polska Aleksander Prychidny Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, 55-09 Mirków	60,00	0	60,00


**Odrzucenie oferty nr 3 - Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń**

1. Zgodnie z pkt 13 załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymagał zaoferowania komory wyposażonej w stabilny silnik AC. Firma Alchem w uzupełnieniu dokumentów poinformowała Zamawiającego, że zaoferowane urządzenie posiada trzy silniki typu ECM (elektronicznie komutowane). W piśmie z dnia 24.03.2020 r., dotyczącym odpowiedzi na zarzuty firmy Cheminst, firma Alchem wyjaśniła: „...kierując się Państwa potrzebami komora zostanie wyposażona w stabilny silnik AC”. Tym samym Wykonawca potwierdził, że nie będzie to urządzenie produkowane seryjnie, a jedynie zmodyfikowana zgodnie z wymogami zamawiającego wersja prototypowa. Nie można również odnaleźć w dokumentach Wykonawcy, ani też na stronach internetowych producenta, żadnej wzmianki o wyposażeniu (jako opcja) zaoferowanych komór w silnik AC.

W związku z powyższym istnieje niezgodność zaoferowanego urządzenia z pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ, mówiącym o wymogu zaoferowania urządzenia produkowanego seryjnie.

Dodatkowo, przy braku seryjnej produkcji zaoferowanych komór, należy założyć, że nie istnieje jakikolwiek certyfikat lub deklaracja zgodności na dzień złożenia oferty, które odpowiadałyby urządzeniu w tej konfiguracji.

2. Zgodnie z pkt 11 załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymagał zaoferowania panelu sterowniczego blokowanego z pomocą klucza mechanicznego od strony czołowej komory lub za pomocą klucza dostępowego (PIN). Firma Alchem w uzupełnieniu dokumentów poinformowała Zamawiającego, że zaoferowane urządzenie posiada kartę magnetyczną w technologii RFID (klucz elektroniczny). Nie jest to ani klucz mechaniczny, ani klucz dostępowy w postaci PIN. W związku z tym oferta firmy ALCHEM jest niezgodna z pkt 11 załącznika nr 2 do SIWZ, a oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W imieniu Zamawiającego:  
Kancelarz UMB  
  
mgr Konrad Raczkowski

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

  
mgr Michał Wolański